

Leszno, dn. 17.02.2020r.

Dotyczy postępowania nr JRP-P-Z/0001/2020

W związku z zapytaniami dotyczącymi postępowania prowadzonego w oparciu o „Regulamin udzielania zamówień MPWiK Sp. z o.o.” na „Dostawę instalacji pilotażowej do fermentacji osadu” w ramach Projektu „Wpływ ścieków przemysłowych i kofermentatów na prowadzenie procesu fermentacji osadów ściekowych na oczyszczalni ścieków w Henrykowie” MPWiK Sp. z o.o. w Lesznie udziela odpowiedzi:

Pytanie 1

Na str. 5 umieszczono zapis, pkt.4. Inne dokumenty wymagane w dostawie:

a/Karty gwarancyjne,

b/Instrukcje obsługi w języku polskim i w języku angielskim w wersji papierowej i elektronicznej (płyta CD lub pendrive).

Ponieważ pozostałe punkty tego rozdziału - czyli nr 1 , 2, 3 i 5 - określają zestaw Dokumentów do SKŁADANEJ OFERTY, prosimy określić /rozstrzygnąć, czy zapis pkt 4 dotyczy składania Oferty, czy już etapu DOSTAWY?

Odpowiedź: Karty gwarancyjne oraz instrukcje obsługi w języku polskim i w języku angielskim w wersji papierowej i elektronicznej (płyta CD lub pendrive) należy dostarczyć na etapie dostawy instalacji.

Pytanie 2

Czy w tej instalacji badawczej przewidziano zbieranie biogazu, czy też założono wypuszczanie go do atmosfery po pomiarze ilości i zbadaniu składu?

Odpowiedź: Instalacja nie zawiera zbiornika biogazu. Po dokonaniu pomiaru biogaz jest uwalniany do atmosfery.

Pytanie 3

Czy założono, że OBYDWA BIOREKATORY będą równolegle pracować w identycznych programach temperaturowych?

Lub jakiś bardziej precyzyjny opis tego zagadnienia temperaturowego w procesie badawczym.

Odpowiedź: Zakłada się, że obydwa reaktory pracować będą w tych samych programach temperaturowych.

DYREKTOR
ds. Inwestycji i Eksploatacji

Aneta Lewu